Laboratoire Vétérinaire Départemental
60, avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN

Accréditation n°1-0822
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Rapport de mesure du TRITIUM dans les EAUX en août 2017

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole cofrac. Ce rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Mesure par scintillation liquide selon la norme NF EN ISO 9698, résultats exprimés à la date de mesure. SD signifie seuil de décision et LD signifie limite de détection de l'analyse (avec $\alpha = \beta = 2{,}5\%$). Les incertitudes de mesure élargies sont exprimées à k=2

Lieu	Type de prélèvement	Date de prélèvement	Date de mesure	Résultat (Becquerels par litre)	SD	LD
Montauban	cofrac Eau de pluie (août 2017)	01/09/17	06/09/17	<6	3	6
Montauban	cofrac Eau de ville	24/08/17	06/09/17	<6	3	6
Saint Nicolas de la Grave	cofrac Eau de Garonne	14/08/17	06/09/17	<6	3	6
Valence d'Agen	cofrac Eau de ville	16/08/17	06/09/17	<6	3	6
Golfech	cofrac Eau de ville	07/08/17	06/09/17	<6	3	6
Donzac	cofrac Eau de nappe	14/08/17	06/09/17	<6	3	6
Lamagistère	cofrac Eau de Garonne	21/08/17	06/09/17	75±7	3	6
Saint Nicolas de la Balerme	cofrac Eau de Garonne	21/08/17	06/09/17	43±5	3	6
Agen	cofrac Eau de ville	07/08/17	06/09/17	<6	3	6

° EDF indique un rejet du réservoir T1 le 17/08/2017 à partir de 17 heures, pour environ 190 heures.

Interprétation : Les concentrations relevées positives, dans les eaux de la Garonne (prélèvements de Lamagistère et de Saint Nicolas de la Balerme) sont inférieures à la valeur de référence en tritium de 100Bq/l (Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine).

Reproduction interdite.
Cette page est un extrait du rapport du Suivi Mensuel D1707884, validé par Véronique Rossetto, Responsable Technique.
L'original signé est disponible sous sa forme intégrale auprès du laboratoire.