Laboratoire Vétérinaire Départemental
60, avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN

Accréditation n°1-0822
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Rapport de mesure du TRITIUM dans les EAUX en novembre 2018

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole cofrac ESSAIS . Ce rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Mesure par scintillation liquide selon la norme NF EN ISO 9698, résultats exprimés à la date de mesure. SD signifie seuil de décision et LD signifie limite de détection de l'analyse (avec $\alpha = \beta = 2{,}5\%$). Les incertitudes de mesure élargies sont exprimées à k=2

Lieu	Type de prélèvement	Date de prélèvement	Date de mesure	Résultat (Becquerels par litre)	SD	LD
Montauban	Eau de pluie (novembre 2018)	30/11/18	28/12/18	<6	3	6
Montauban	Eau de ville	15/11/18	28/12/18	<6	3	6
Saint Nicolas de la Grave	Eau de Garonne	05/11/18	28/12/18	<6	3	6
Valence d'Agen	Eau de ville	05/11/18	28/12/18	<6	3	6
Golfech	Eau de ville	19/11/18	28/12/18	<6	3	6
Donzac	Eau de nappe	19/11/18	28/12/18	<6	3	6
Lamagistère	Eau de Garonne	19/11/18	28/12/18	<6	3	6
Saint Nicolas de la Balerme	Eau de Garonne	19/11/18	29/12/18	<6	3	6
Agen	Eau de ville	07/11/18	29/12/18	<6	3	6

° EDF indique un rejet du réservoir T1 le mercredi 07/11/2018 à partir de 18h00, pour environ 70 heures
° EDF indique un rejet du réservoir T3 le lundi 19/11/2018 à partir de 17h00, pour environ 60 heures
° EDF indique un rejet du réservoir T1 le mardi 27/11/2018 à partir de 15h00, pour environ 30 heures

Interprétation : Les concentrations mesurées sont inférieures aux limites de détection du système d'analyse.

Reproduction interdite.
Cette page est un extrait du rapport du Suivi Mensuel D1811550, validé par Véronique Rossetto, Responsable Technique.
L'original signé est disponible sous sa forme intégrale auprès du laboratoire.