Laboratoire Vétérinaire Départemental
60, avenue Marcel Unal
82000 MONTAUBAN

Accréditation n°1-0822
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Rapport de mesure du TRITIUM dans les EAUX en juillet 2019

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole cofrac ESSAIS . Ce rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Mesure par scintillation liquide selon la norme NF EN ISO 9698, résultats exprimés à la date de mesure. SD signifie seuil de décision et LD signifie limite de détection de l'analyse (avec $\alpha = \beta = 2{,}5\%$). Les incertitudes de mesure élargies sont exprimées à k=2

Lieu	Type de prélèvement	Date de prélèvement	Date de mesure	Résultat (Becquerels par litre)	SD	LD
Montauban	Eau de pluie (juillet 2019)	01/08/19	03/08/19	<6	3	6
Montauban	Eau de ville	26/07/19	03/08/19	<6	3	6
Saint Nicolas de la Grave	Eau de Garonne	08/07/19	03/08/19	<6	3	6
Valence d'Agen	Eau de ville	02/07/19	03/08/19	<6	3	6
Golfech	Eau de ville	08/07/19	03/08/19	<6	3	6
Donzac	Eau de nappe	08/07/19	03/08/19	<6	3	6
Lamagistère	Eau de Garonne	02/07/19	03/08/19	<6	3	6
Saint Nicolas de la Balerme	Eau de Garonne	02/07/19	03/08/19	<6	3	6
Agen	Eau de ville	03/07/19	03/08/19	<6	3	6
Lamagistère	Eau de Garonne	30/07/19	03/08/19	<6	3	6
Saint Nicolas de la Balerme	Eau de Garonne	30/07/19	03/08/19	<6	3	6

° EDF indique un rejet du réservoir T1 le mardi 09/07/19 à partir de 12h00, pour environ 90 heures.
° EDF indique un rejet du réservoir T3 le mardi 23/07/19 à partir de 19h00, pour environ 100 heures.

Interprétation : Les concentrations mesurées sont inférieures aux limites de détection du système d'analyse.

Reproduction interdite.
Cette page est un extrait du rapport du Suivi Mensuel D1907901, validé par Véronique Rossetto, Responsable Technique.
L'original signé est disponible sous sa forme intégrale auprès du laboratoire.